

Hollister Ostomy. **Car la peau péristomiale mérite ce qu'il y a de mieux!**

Les protecteurs cutanés CeraPlus avec technologie Remois¹

Les protecteurs cutanés CeraPlus sont à utiliser avec les poches de la gamme Conform 2 qui offrent les caractéristiques suivantes:

- l'anneau flottant,
- le filtre AF300 pour les poches fermées et à vider,
- la fermeture intégrée Lock'n Roll pour les poches à vider,
- le robinet pour les poches urostomie.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre Hollister Ostomy Product Specialist.

Protecteurs cutanés plats 5 pièces / boîte

Code	MM	Anneau	Référence	Code APB	Liste INAMI	Code INAMI
●	13-30mm	45mm	14500	3289 840	640371 ^(colo-ilé) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ilé) - 904020000572 ^(uro)
●	13-40mm	55mm	15500	3289 857	640371 ^(colo-ilé) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ilé) - 904020000572 ^(uro)
●	13-55mm	70mm	17500	3289 865	640371 ^(colo-ilé) - 640872 ^(uro)	904004000636 ^(colo-ilé) - 904020000572 ^(uro)

Protecteurs cutanés convexes 5 pièces / boîte

Code	MM	Anneau	Référence	Code APB	Liste INAMI	Code INAMI
●	13-25mm	45mm	14600	3289 873	640791	904040000123
●	13-38mm	55mm	15600	3289 907	640791	904040000123
●	13-51mm	70mm	17600	3289 931	640791	904040000123
●	20mm	45mm	14620	3289 881	640791	904040000123
●	25mm	45mm	14625	3289 899	640791	904040000123
●	29mm	55mm	15629	3289 915	640791	904040000123
●	32mm	55mm	15632	3289 923	640791	904040000123



Hollister Belgium
Chaussée des Collines 52
1300 Wavre
010 23 04 77
belgium.orders@hollister.com


www.hollister.be



¹Remois est une technologie de Alcare Co., Ltd.

Le logo Hollister, AF300, CeraPlus, Lock'n Roll et Conform 2
sont des marques déposées de Hollister Incorporated.
© Février 2017 Hollister Incorporated. - OST16F106

Notre technologie,
votre opinion




CeraPlus
Les protecteurs cutanés Conform 2
avec technologie Remois¹




Stomathérapie
Tout commence par une peau saine.

Evaluation menée en Belgique en 2015 par
17 stomathérapeutes, incluant 58 patients stomisés.


Type de stomie évalué?




Type de matériel évalué?



Y-avait-il un problème cutané péristomial avant l'évaluation?



Le patient présentait-il un facteur pouvant constituer un risque pour la peau péristomiale?




Les résultats de votre évaluation du produit Conform 2 CeraPlus




■ Satisfait
■ Indifférent
■ Insatisfait


Facilité d'utilisation globalement




Facilité de mise en place




Adhérence




Facilité de retrait




Durée de port




Diminution de l'utilisation de médicaments topiques



Diminution des changements de matériel




Diminution de l'utilisation de produits complémentaires



■ Diminution
■ Aucun changement
■ Augmentation

Amélioration de la peau péristomiale



■ Amélioration
■ Aucun changement
■ Aggravation

L'utilisation des protecteurs cutanés Conform 2 CeraPlus

- ✓ maintient la peau péristomiale en **bonne santé**.
- ✓ **renforce les défenses naturelles** de la peau et **maintient l'hydratation** grâce à sa formule à base de céramides (lipides naturellement présents dans la peau).
- ✓ aide à l'adhérence du protecteur cutané et permet un temps de port satisfaisant.
- ✓ réduit l'utilisation de produits complémentaires (film protecteur, poudre,...).

